



Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów jednorazowego użytku dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. , nr postępowania 9/XII/2015

Zamawiający - Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. informuje, że w dniu 10.12.2015r. wpłynęły pytania dotyczące przedmiotu zamówienia dla ww. postępowania. Poniżej podajemy treść pytań i udzielone odpowiedzi.

Pytanie 1

Część III zamówienia, poz. 2-7

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniul w rozm.:

Kod koloru	Rozmiar (GAUGE)	Rozmiar w mm	Przepływ
Pomarańczowy	14 G	2,05 x 45	270 ml/min
Szary	16 G	1,7 x 45	180 ml/min
Biały	17 G	1,4 x 45	125 ml/min
Zielony	18 G	1,2 x 45	80 m/min
Różowy	20 G	1,0 x 32	54 ml/min
Niebieski	22 G	0,8 x 25	31 ml/min

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Część III zamówienia, poz. 2-7

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniul w rozm.:

Kod koloru	Rozmiar (GAUGE)	Rozmiar w mm	Przepływ
Pomarańczowy	14 G	2,2 x 45	343 ml/min
Szary	16 G	1,7 x 45	196 ml/min
Biały	17 G	1,5 x 45	128 ml/min
Zielony	18 G	1,3 x 45	90 ml/min
Różowy	20 G	1,1 x 33	61 ml/min
		1,1 x 25	65 ml/min
Niebieski	22 G	0,9 x 25	36 ml/min

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane kaniule.

Pytanie 3

Część III zamówienia, poz. 13-16

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie bezigłowych portów z przezroczystą obudową i przezroczystą silikonową membraną. Wszystkie pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Część nr 25

Czy Zamawiający dopuści system o parametrach równoważnych, a mianowicie:

System siatkowy do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy typu cystocele, jednorazowy, sterylny do implantacji drogą przez otwory zasłonowe, składający się z:

1. systemu siatkowego wykonanego z ultra cienkiej i ultra lekkiej siatki o grubości 0,3mm i gęstości 23,9g/m² z polipropylenu monofilamentowego. Wymiary siatki 5x10 cm o dużych porach (ponad 1500 mikronów). Siatka

połączona z czterema taśmami podtrzymującymi o długości 30 cm i 1,1 cm szerokości każde, umieszczonych w osłonach foliowych, zakończonych szybkozłączami zapewniającymi jednoznaczne połączenie z igłami. Każde z ramion podtrzymujących musi posiadać przeplecioną wzdłuż nić zapewniającą beznapięciową implantację. Implant siatkowy j/w musi być umieszczony w sterylnym opakowaniu.

2. 4 jednorazowych igieł o średnicy 3 mm z uchwytyami, wyprofilowanych helikalnie o atraumatycznym zakończeniu umożliwiającym połączenie ze złączami taśm. Igły nie połączone z implantem. Uchwyty igieł wykonane z tworzywa, wyprofilowane, do pewnego uchwycenia w czasie wykonywania implantacji.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5

Część nr 21, pozycja nr 1, pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego zestaw z cewnikiem do długotrwałego dostępu naczyniowego do hemodializy, cewnik o rozmiarze 15,5 FR gwarantujący przepływ do 500ml/min, przekrój „podwójne D”, końcówka cewnika (forma zakończenia cewnika widoczna na obrazku poniżej) zakończona niesymetrycznie – 3 cm różnicy pomiędzy kanałem żylnym i kanałem tętniczym, wykrzywiona końcówka kanału tętniczego, osobny kanał przewodniczący drutowej, cewnik wykonany z materiału Durathane, z mufą poliestrową, długości cewnika do mufy: 17,19, 23, 27, 31,35, 43, 50 cm – do wyboru przez Zamawiającego. W skład zestawu wchodzi: cewnik 15,5 Fr, igła wprowadzająca grub. 18 Ga x 7 cm, przewodnica drutowa J grubość 1mm, rozszerzacz 12 Fr i 14 Fr, skalpel nr 11, bagnet do tunelizacji, przewodnik rozdzielający typu (pull-apart) 16 Fr z podwójną silikonową zastawką hemostatyczną, samoprzylepny opatrunek na wkłucie, 2 nasadki iniekcyjne.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6

Część nr 23

Czy w związku z wdrożeniem Dyrektywy nr 2010/32/UE dla placówek w rozporządzeniu dotyczącym ochrony przed zranieniami ostrymi narzędziami i koniecznością stosowania bezpiecznych wyrobów Zamawiający **wprowadzi wymóg** stosowania wyłącznie igieł jednorazowych?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7

Część nr 23, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści system **o parametrach równoważnych** lub lepszych jakie określił Zamawiający w Specyfikacji a mianowicie:

Minimalnie inwazyjny, całkowicie jednorazowy, system do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, implantowany poprzez jedno krótkie 1,0-1,5 cm nacięcie podcewkowe pochwy.

Sterylny, jednorazowy system składający się z:

a/ Taśmy polipropylenowej, monofilamentowej o długości 8,5 cm szerokości 1,1 cm z niebieskim znacznikiem po środku taśmy. Końce taśmy zaopatrzone w polipropylenowe uchwyty w kształcie pojedynczej kotwiczki;

b/ Łukowato wygiętej igły o grubości ostrza 2,3 mm, której ostrze wyprofilowane jest tak, aby po założeniu kotwiczki taśmy stanowiło wspólnie z profilem kotwiczki obły kształt atraumatyczny, umożliwiający precyzyjne umiejscowienie kotwiczki w wewnętrznych mięśniach otworu zasłonowego. Igła ma posiadać rękojeść wykonaną z tworzywa, zapewniającą pewny uchwyt narzędzia. Ma być zaopatrzona w mechanizm umożliwiający odłączenie kotwiczki taśmy od igły w miejscu wybranym przez operatora a także umożliwiającym zmianę miejsca położenia kotwiczki przed odłączeniem jej od igły w celu dobrania odpowiedniego napięcia taśmy. Mechanizm ma ułatwiać dokładne pozycjonowanie kotwiczek po obu stronach taśmy podcewkowej i zapewniać możliwość obustronnej korekty napięcia taśmy.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8

Część nr 23, pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści system o parametrach **równoważnych**, a mianowicie:

System całkowicie jednorazowy, sterylny, do implantacji drogą przez otwory zasłonowe metodą „out-in”, który składa się z:

- taśmy polipropylenowej, monofilamentowej o długości 50 cm i szerokości 1,1 cm, zakończonej szybkozłączami. Taśma zawiera przeplecioną wzdłuż nić zapewniającą beznapięciowe założenie implantu. Taśma w koszulce foliowej.
- dwóch jednorazowych igieł o średnicy 3 mm z uchwytyami, o ostrzach wyprofilowanych helikalnie z atraumatycznym zakończeniem umożliwiającym połączenie ze złączami taśmy. Igły nie połączone z taśmą.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9

Część nr 23, pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuści system o parametrach **równoważnych**, a mianowicie:

Minimalnie inwazyjny system siatkowy do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy typu cystocele i enterocele .

- system sterylny, całkowicie jednorazowy, implantowany wyłącznie drogą przez pochwową składający się z:

a/ 2 narzędzi: łukowato wygiętej igły o grubości 3mm z plastikową osłoną oraz łukowato wygiętej igły o grubości 2,3mm. Uchwyty obu narzędzi wykonane z tworzywa umożliwiającego pewny uchwyt nawet w mokrej rękawiczce.

b/ implantu siatkowego wykonanego z polipropylenu monofilamentowego, składającego się z:

- ultra cienkiej i ultra lekkiej siatki o grubości 0,3mm i gęstości 23,9g/cm², wymiarach 5x10 cm z 2 polipropylenowymi kotwicznymi

- dwóch ramion podtrzymujących z polipropylenowymi kotwicznymi

- 2 polipropylenowych zabezpieczeń

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10

Część nr 23, pozycja nr 4

Czy Zamawiający dopuści system o parametrach **równoważnych**, a mianowicie:

Minimalnie inwazyjny system siatkowy do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy typu rectocele i enterocele.

- system sterylny, całkowicie jednorazowy, implantowany wyłącznie drogą przez pochwową składający się z:

a/ 1 narzędzia : łukowato wygiętej igły o grubości 3mm z plastikową osłoną. Uchwyt narzędzia wykonany z tworzywa umożliwiającego pewny uchwyt nawet w mokrej rękawiczce.

b/ implantu siatkowego wykonanego z polipropylenu monofilamentowego , składającego się z:

- ultra cienkiej i ultra lekkiej siatki o grubości 0,3mm i gęstości 23,9g/cm², wymiarach 5x14cm, szerokość siatki na poziomie mocowania 9cm

- 2 ramion podtrzymujących z polipropylenowymi kotwicznymi

3. 2 polipropylenowych zabezpieczeń

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11

Część nr 23, pozycja nr 5

Czy Zamawiający dopuści system o parametrach równoważnych, a mianowicie:

System siatkowy do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy typu cystocele, jednorazowy, sterylny do implantacji drogą przez otwory zasłonowe, składający się z:

- systemu siatkowego wykonanego z ultra cienkiej i ultra lekkiej siatki o grubości 0,3mm i gęstości 23,9g/m² z polipropylenu monofilamentowego. Wymiary siatki 5x10 cm o dużych porach (ponad 1500 mikronów). Siatka połączona z czterema taśmami podtrzymującymi o długości 30 cm i 1,1 cm szerokości każde, umieszczonych w osłonach foliowych, zakończonych szybkozłączami zapewniającymi jednoznaczne połączenie z igłami. Każde z ramion podtrzymujących musi posiadać przeplecioną wzdłuż nić zapewniającą beznapięciową implantację. Implant siatkowy j/w musi być umieszczony w sterylnym opakowaniu.

- jednorazowych igieł o średnicy 3 mm z uchwyty, wyprofilowanych helikalnie o atraumatycznym zakończeniu umożliwiającym połączenie ze złączami taśm. Igły nie połączone z implantem. Uchwyty igieł wykonane z tworzywa, wyprofilowane, do pewnego uchwycenia w czasie wykonywania implantacji

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Marcin Misiewicz

Do wiadomości:

1. kopia 1a/a,
2. wykonawcy składający pytania,
3. strona internetowa Zamawiającego

Krapkowskie Centrum Zdrowia
Spółka z ograniczoną
os. XXX-lecia 21, 47-303 Krapkowice
tel. 774467228(29), faks 774459826
Kapitał zakładowy: 2.385.000,00 zł.

NIP: 1990080635
REGON: 160213499
KRS: 0000312406
Bank Spółdzielczy w Gogolinie
Nr rachunku: 85 8883 0005 2001 0011 6639

Przedsiębiorstwa:
NASZA PRZYCHODNIA ul. Szkolna 7, 47-300 Krapkowice, Tel. 774467000
NASZ SZPITAL os. XXX-lecia 21, 47-303 Krapkowice, Tel. 774467228(29)
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY ul. Główna 23, 47-316 Góraźdże Tel.